


Verkabelungsschema der SENSORVOX Gegensprechanlage



Für den Geräteanschluß wird eine UP-Dose von 68 mm D benötigt.

Anbringungshöhe in den Behandlungsräumen:

bei Tischsprechstellen (wie Steckdosen) ca. 100 - 110 cm Off.
bei Einbaugeräten müssen die Dosen innerhalb der Waschbecken-
schränke gesetzt werden, mit einer Kabelschleife bis zum
Einbauort

Anbringungshöhe in der Anmeldung:
Bei Dentason A keinen Lautsprecher und Kabelschleife bis
zum Einbauort.

Anbringungshöhe in den übrigen Räumen:
je nach Gegebenheit zwischen 40 und 100 cm, bzw. bei Wand -
sprechstellen 140 cm Off.